

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Produktnamn

Gynstol pelare

Art nr

016-5020

Grundläggande UDI-DI

73315081AM

SRN

SE-MF-000005205

Avsedd användning

Stolen används i ett undersökningsrum av patient och regleras av patient eller sjukvårdspersonal vid en vårdssituation för vuxna och barn.

Tillverkare

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB
Kavelvägen 4

S-894 35 SJÄLEVAD, SWEDEN

Riskklass

MDR Klass I

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB försäkrar härmed att den produkt som försäkran gäller överensstämmer med förordning om medicintekniska produkter (2017/745, MDR) och i tillämpliga fall även annan relevant unionslagstiftning som innehåller bestämmelser om utfärdande av en EU-försäkran om överensstämmelse.

Denna EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas av Sjöbloms på eget ansvar som tillverkare.

Själevad, Sweden 2024-10-31



David Sjöblom
VD